

# ULTRAFoxEYE

## שלב 1 - הרמת זנב הגבה

L7-3.0 0.5J pitch 1.2mm


1/3 חיצוני של הגבה

מינימום 6 מ"מ כפל עור או בדיקת אולטראסאונד לוודוא עומק השריר

מגע מלא עם לחץ מינימלי של המתמר

20 "פולסים" מהגבול התחתון של הגבה כלפי מעלה (2 ס"מ)

אם למטופל יש תחושה של זרם חשמלי, לשים לב לעצב הזיומטי ולהפסיק טיפול




## שלב 2 - תמיכת העפעף

MF2 0.2J Pitch 1.2mm

עפעף/ עצם הגבה

30 "פולסים" ממרחק של 2 ס"מ מתחת לגבה ועד לקצה העליון של הגבה

אם אין מספיק מקום, לבצע פעמיים 15




## שלב 3 - הרמת זנב הגבה


MF2 0.2J Pitch 1.2mm

שליש חיצוני של הגבה

25 פולסים למרחק של 2 ס"מ מהקצה העליון של הגבה

אם למטופל יש תחושה של זרם חשמלי, לשים לב לעצב הזיומטי ולהפסיק טיפול






## שלב 4 - הרמת זנב הגבה

MF2 0.2J Pitch 1.2mm

שליש אמצעי- חיצוני של הגבה

20 "פולסים" מקו הגבה העליון לאורך 2 ס"מ ואז שוב 20 "פולסים" עד קו השיער




## שלב 5 - הרמת זנב הגבה

L7-1.5 0.2J Pitch 1.0mm

שליש חיצוני של הגבה

25 פולסים למרחק של 2 ס"מ מהקצה העליון של הגבה

אם למטופל יש תחושה של זרם חשמלי, לשים לב לעצב הזיגומטי ולהפסיק טיפול



## שלב 6 - הרמת זנב הגבה

L7-1.5 0.2J Pitch 1.0mm

שליש אמצעי- חיצוני של הגבה

20 "פולסים" מקו הגבה העליון לאורך 2 ס"מ ואז שוב 20 "פולסים" עד קו השיער